ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0004042

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.516613 выдан 26 ноября 2015 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа"; ИНН:5610050523

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

460000,г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 20

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Лаборатория экологической безопасности ООО "ВолгоУралНИПИгаз"

наименование

460034,г. Оренбург, ул. Илекская, д. 1б

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 16 ноября 2015 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации

подпись

М.А. Якутова

инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б), тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 год

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ

2 апреля 2019 г. **Москва** **№** ПК1-676

О подтверждении компетентности и расширении области аккредитации Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа»

В соответствии с пунктом 1 части 28 статьи 17, пунктом 1 части 19, статьи 24 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» по результатам проверки акта экспертизы соответствия Общества с ограниченной ответственностью «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» (аттестат аккредитации - № RA.RU.516613, далее – Аккредитованное лицо) критериям аккредитации п р и к а з ы в а ю:

1. Подтвердить компетентность Аккредитованного лица в соответствии с прилагаемой областью аккредитации (дело о предоставлении государственной услуги от 10 декабря 2018 г. № 18064-ГУ).

2. Аккредитовать Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа» в дополнительной (расширяемой) области аккредитации.

3. Утвердить дополнительную (расширяемую) область аккредитации Аккредитованного лица.

4. Внести сведения о подтверждении компетентности и расширении области аккредитации Аккредитованного лица в реестр аккредитованных лиц.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления аккредитации Д.А. Макаренко.

Заместитель Руководителя А.Г. Литвак

РОСАККРЕДИТАЦИЯ
ВЕРНО
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
А.Н. РЫЖОВА
020419

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
м.п. _____ ЛИТВАК А.Г.

020419

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.516613
от «____» _____ 20___ г.

на 11 листах, лист 1

Область аккредитации
лаборатории экологической безопасности ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
460034, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Илекская, 1б

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 31868-2012	вода питьевая вода природная	- -	- -	цветность	(1-70) градусы цветности
2	ГОСТ 31940-2012, метод 2	вода питьевая	-	-	сульфат-ионы	(10,0 – 2500,0) мг/дм^3
3	ГОСТ 31954-2012, метод Б	вода питьевая вода природная	-	-	жесткость	(0,1 – 100,0) ^{0}Ж
			-	-	кальций	(1,0 – 500,0) мг/дм^3
			-	-	магний	(1,0 – 200,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
4	ГОСТ 31957-2012, метод А.2	вода питьевая	-	-	щелочность	(0,1 – 100,0) ммоль/дм^3
		вода природная	-	-	карбонаты	(6,0 – 6000,0) мг/дм^3
		вода сточная	-	-	гидрокарбонаты	(6,1 – 6100,0) мг/дм^3
5	ГОСТ 4152-89	вода питьевая	-	-	мышьяк	(0,01 – 1,0) мг/дм^3
6	ГОСТ 33045-2014: - метод Б - метод А	вода природная вода питьевая вода сточная	-	-	нитриты	(0,003 – 30,0) мг/дм^3
					аммиак и ион аммония суммарно	(0,1 – 300,0) мг/дм^3
7	ГОСТ 4245-72, раздел 2	вода питьевая	-	-	хлориды	(10,0 – 1500,0) мг/дм^3
8	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	вода природная вода сточная	- -	- -	ион аммония	(0,05 – 50,0) мг/дм^3
9	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	нитраты	(0,1 – 100,0) мг/дм^3
10	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	pH (водородный показатель)	(1 – 12) ед.pH
11	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	вода природная вода сточная	- -	- -	хлориды	(10,0– 5000,0) мг/дм^3
12	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	железо общее	(0,05 – 50,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
13	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	хром общий хром (III) хром (VI)	(0,01 – 3,0) мг/дм^3 (0,01 – 2,0) мг/дм^3 (0,01 – 1,0) мг/дм^3
14	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	фосфат-ион	(0,05 – 80,0) мг/дм^3
15	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	сухой остаток	(50 – 25000) мг/дм^3
16	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	нефтепродукты	(0,005 – 50,0) мг/дм^3
17	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	вода питьевая вода природная	- -	- -	железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(0,01 – 15,0) мг/дм^3 (0,005 – 5,0) мг/дм^3 (0,015 – 20,0) мг/дм^3 (0,01 – 20,0) мг/дм^3 (0,01 – 100,0) мг/дм^3 (0,015 – 20,0) мг/дм^3 (0,02 – 5,0) мг/дм^3 (0,02– 200,0) мг/дм^3 (0,004 – 200,0) мг/дм^3
		вода сточная	-	-	железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(0,1 – 500,0) мг/дм^3 (0,05 – 5,0) мг/дм^3 (0,15 – 20,0) мг/дм^3 (0,1 – 20,0) мг/дм^3 (0,1 – 100,0) мг/дм^3 (0,15 – 20,0) мг/дм^3 (0,1 – 5,0) мг/дм^3 (0,2– 500,0) мг/дм^3 (0,04 – 500,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
18	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	вода природная вода питьевая вода сточная	- -	- -	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мг/дм^3 (в расчете на атомарный кислород)
19	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	вода питьевая	-	-	АПАВ	(0,025 – 10,0) мг/дм^3
		вода природная вода сточная	- -	- -		(0,025 – 100,0) мг/дм^3
20	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	фенолы общие	(0,0005 – 25,0) мг/дм^3
21	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02	вода питьевая вода природная	- -	- -	бенз(а)пирен	(0,0005 – 0,5) мкг/дм^3
		вода сточная	-	-		(0,002 – 0,5) мкг/дм^3
22	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	ХПК	(5,0 – 800,0) мгО/дм^3
23	РД 52.24.381-2017	вода природная вода сточная очищенная	- -	- -	нитритный азот	(0,01 – 5,0) мг/дм^3
24	РД 52.24.391-2008	вода природная вода сточная очищенная	- -	- -	натрий	(1,0 – 1000,0) мг/дм^3
					калий	(1,0 – 800,0) мг/дм^3
25	РД 52.24.401-2006	вода природная вода сточная очищенная	- -	- -	сульфаты	(30,0 – 3000,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
26	РД 52.24.403-2007	вода природная вода сточная очищенная	- -	- -	кальций	(1,0 – 1000,0) мг/дм^3
27	РД 153-34.2-21.544-2002	вода природная	-	-	агрессивная углекислота	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
					свободная углекислота	(0,001 – 1,0) мг/дм^3
28	ФР.1.31.2000.00140	вода питьевая вода природная	- -	- -	щелочность	(0,2 – 20,0) ммоль/дм^3
					карбонаты	(6,0 – 700,0) мг/дм^3
					гидрокарбонаты	(12,2 – 1500,0) мг/дм^3
29	ФР.1.31.2008.05049	вода природная вода сточная	- -	- -	взвешенные вещества	(2,0 – 100,0) мг/дм^3
30	ФР.1.31.2018.29677	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(0,1 – 10,0) мг/дм^3 (0,0005 – 1,0) мг/дм^3 (0,005 – 20,0) мг/дм^3 (0,05 – 5,0) мг/дм^3 (0,001 – 5,0) мг/дм^3 (0,01 – 10,0) мг/дм^3 (0,005 – 25,0) мг/дм^3 (0,05– 5,0) мг/дм^3 (0,001 – 3,0) мг/дм^3
31	ФР.1.31.2013.16677	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	ртуть	(0,0001 – 0,025) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
32	Руководство по эксплуатации кондуктометра DIST HI 9830	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	минерализация	(1,0 – 1999,0) мг/дм^3
33	Руководство по эксплуатации анализатора растворенного кислорода МАРК-302Э РЭ ВР 29.00.000-01	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	растворенный кислород	(7,0 – 17,0) мг/дм^3
34	Руководство по эксплуатации кондуктометра серии PWT (HI98308)	вода питьевая вода природная	- -	- -	удельная электрическая проводимость	(0,1 – 99,9) мкСм/см
35	ГОСТ 6709-72	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация железа	менее 0,05 мг/дм^3 более 0,05 мг/дм^3
					массовая концентрация алюминия	менее 0,05 мг/дм^3 более 0,05 мг/дм^3
					массовая концентрация меди	менее 0,02 мг/дм^3 более 0,02 мг/дм^3
					массовая концентрация свинца	менее 0,05 мг/дм^3 более 0,05 мг/дм^3
					массовая концентрация цинка	менее 0,2 мг/дм^3 более 0,2 мг/дм^3
					массовая концентрация хлоридов	менее 0,02 мг/дм^3 более 0,02 мг/дм^3
					массовая концентрация нитратов	менее 0,2 мг/дм^3 более 0,2 мг/дм^3
					массовая концентрация сульфатов	менее 0,5 мг/дм^3 более 0,5 мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
35	ГОСТ 6709-72	вода дистиллированная	-	-	массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	менее 0,02 мг/дм^3 более 0,02 мг/дм^3
					массовая концентрация кальция	менее 0,8 мг/дм^3 более 0,8 мг/дм^3
					массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцовокислый калий $KMnO_4$	менее 0,08 мг/дм^3 более 0,08 мг/дм^3
					массовая концентрация остатка после выпаривания	менее 5,0 мг/дм^3 более 5,0 мг/дм^3
					pH воды	(1 – 12) ед. pH
					Удельная электрическая проводимость при 20 ^{0}C	(0,0001 – 0,002) См/м
36	ГОСТ 31861-2012	вода питьевая вода природная вода сточная	- - -	- - -	отбор проб	-
37	ГОСТ 17.1.5.04-81	вода природная	-	-		
38	ПНД Ф 12.15.1-08	вода сточная	-	-		
39	ГОСТ 26205-91	почвы грунты	-	-	подвижный фосфор	(8,0 – 300,0) мг/кг (млн$^{-1}$)
40	ГОСТ 26213-91				органическое вещество	(0,04 – 15,0) %
41	ГОСТ 26423-85				водородный показатель (pH)	(1 – 12) ед. pH
					плотный остаток	(0,02– 1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
42	ГОСТ 26424-85	почвы грунты	-	-	карбонаты	(0,0003 – 0,15) %
					гидрокарбонаты	(0,00031 – 0,3) %
43	ГОСТ 26425-85, п.1				хлориды	(0,00036 – 0,51) %
44	ГОСТ 26427-85				натрий	(0,001 – 0,50) %
					калий	(0,001 – 0,03) %
45	ГОСТ 26428-85, п.1				кальций	(0,001 – 0,196) %
					магний	(0,001 – 0,12) %
46	ГОСТ 26489-85				обменный аммоний	(0,1 - 60,0) мг/кг (млн$^{-1}$)
47	ГОСТ 26951-86				нитраты	(15,0 - 482) мг/кг (млн$^{-1}$)
48	ГОСТ 27395-87				железо	(0,00005 - 0,15) %
49	ПНД Ф 16.1:2.21-98				нефтепродукты	(5,0 - 200,0) мг/кг (млн$^{-1}$)
50	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003	почвы грунты донные отложения	-	-	бенз(а)пирен	(0,005 - 2,0) мг/кг (млн$^{-1}$)
51	ПНД Ф 16.1:2.2:3.14-98				мышьяк	(10,0 - 100,0) мг/кг
52	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08				сульфаты	(20,0 - 5000,0) мг/кг
53	М-МВИ-80-2008				железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(5,0 - 25000) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг (1,0 - 5000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
54	ФР.1.31.2012.13573	почвы	-	-	железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(0,1 – 25,0) мг/кг (0,001 - 5,0) мг/кг (0,005 - 20,0) мг/кг (0,005 – 20,0) мг/кг (0,001 - 25,0) мг/кг (0,01 - 10,0) мг/кг (0,001 - 10,0) мг/кг (0,1 - 5,0) мг/кг (0,001 - 5,0) мг/кг
55	ФР.1.31.2013.16678	почвы донные отложения			ртуть	(0,005 - 2,5) мг/кг
56	ГОСТ 28168-89	почвы			отбор проб	-
57	ГОСТ 17.1.5.01-80	донные отложения				
58	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3.2-03	почвы грунты донные отложения				
61	М 02-14-2007	атмосферный воздух	-	-	бенз(а)пирен	(0,0005 - 10,0) мкг/м^3
62	РД 52.04.186-89				взвешенные вещества (пыль)	(0,26 - 50,0) мг/м^3
63	РД 52.04.822-2015				диоксид серы	(0,0025 - 8,0) мг/м^3
64	РД 52.04.792-2014				диоксид азота	(0,021 - 4,3) мг/м^3
					оксид азота	(0,028 – 2,8) мг/м^3
65	РД 52.04.795-2014				сероводород	(0,006 - 0,10) мг/м^3
66	Руководство по эксплуатации газоанализатора «К-100» ИРМБ.413416.100				оксид углерода	(2,4 - 50,0) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
67	ГОСТ 17.2.3.01-86	атмосферный воздух	-	-	отбор проб воздуха	-
68	ГОСТ 17.2.4.02-81					
69	ГОСТ 33007-2014 (метод внутренней фильтрации)				запыленность / массовая концентрация пыли / массовая концентрация взвешенных частиц	(0,01 - 15,0) г/м^3
70	ПНД Ф 13.1.16-98				бенз(а)пирен	(0,010 - 5000,0) мкг/м^3
71	ФР.1.31.2001.00384				сажа	(4,0 - 50000,0) мг/м^3
72	Методика выполнения измерений на газоанализаторе многокомпонентном «Полар» ПЛЦК.413411.001 МВИ	промышленные выбросы в атмосферу	-	-	диоксид азота	(50 - 1000,0) мг/м^3
					диоксид серы	(125,0 - 15000,0) мг/м^3
					диоксид углерода	(7,5 -60,0) %(об)
					оксид азота	(50,0 - 4000,0) мг/м^3
					кислород	(0,8 -25,0) %(об)
					оксид углерода	(60,0 -12500,0) мг/м^3
					сероводород	(50,0 -1000,0) мг/м^3
					сумма оксидов азота	(60,0 - 7150,0) мг/м^3
					объемный расход	(0,1-057,0) м^3/с
					скорость газового потока	(4,0-50,0) м/с
					температура газового потока	от -20,0 до + 1000,0 °С
					давление/разряжение газового потока	от -50,0 до +50,0 гПа

1	2	3	4	5	6	7
73	ПНД Ф 12.1.1-99	промышленные выбросы в атмосферу			отбор проб	-
74	ПНД Ф 12.1.2-99					

Директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» _____ С.Б. Шкарупа

Прошнуровано
пронумеровано
и скреплено печатью
11 листа(ов)

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация *
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации _____ /Е.М. Горбунова/

Технический эксперт _____ /Т.В. Казанцева/

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации
м.п. _____ Витвак А.Г.

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.516613
от «____» _____ 20___ г.

020419

Область аккредитации
лаборатории экологической безопасности ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
460034, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Илекская, 1б

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ФР.1.31.2018.31189	почвы	-	-	железо кадмий кобальт марганец медь никель свинец хром цинк	(1,0 – 25,0) мг/кг (0,006 - 5,0) мг/кг (0,025 - 20,0) мг/кг (0,008 – 20,0) мг/кг (0,008 - 25,0) мг/кг (0,05 - 10,0) мг/кг (1,0 - 10,0) мг/кг (0,3 - 25,0) мг/кг (0,004 - 5,0) мг/кг
2	ГОСТ 17.4.3.01-2017				отбор проб	-
3	ГОСТ 17.4.4.02-2017				отбор и подготовка проб для анализа	

Директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» _____ С.Б. Шкарупа

Эксперт по аккредитации _____ /Е.М. Горбунова/

Технический эксперт _____ /Т.В. Казанцева/